

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ МОДУЛЕЙ для LWM-205S и LWM-205S UV

Комплект сменных модулей для LWM-205S и LWM-205S UV (далее — комплект LWM-205S или комплект LWM-205S UV соответственно, вместе — комплект) предназначен для замены сменных модулей и (при наличии) ультрафиолетовой лампы в системах очистки воды для лабораторий LWM-205S и LWM-205S UV. При установке в соответствующую систему комплект предназначен для деминерализации холодной воды, поставляемой муниципальными водопроводными сетями, и получения воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 52501.

Комплект модулей	Комплект LWM-205S	Комплект LWM-205S UV
Модель водоочистителя	Система очистки воды для лабораторий LWM-205S	Система очистки воды для лабораторий LWM-205S UV
Назначение	Базовый комплект для деминерализации холодной воды, поставляемой муниципальными водопроводными сетями, и получения воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 52501	Комплект состоит из базового комплекта LWM-205S и ультрафиолетовой лампы
Комплектация	K2 — 1 шт. КО-100S — 1 шт. КО-150S — 1 шт. DDC — 2 шт. DMC — 2 шт.	K2 — 1 шт. КО-100S — 1 шт. КО-150S — 1 шт. DDC — 2 шт. DMC — 2 шт. УФ-лампа — 1 шт.
Температура фильтруемой воды	+5... +40 °C	
Максимальное рабочее давление воды	0,63 МПа (6,5 ат)	
Масса одного модуля, не более	0,7 кг	

Установка модулей и (при наличии) УФ-лампы, рекомендации по промывке и периодичность замены установлены в паспорте (руководстве по эксплуатации) на соответствующую систему очистки воды для лабораторий LWM-205S или LWM-205S UV. При установке

комплекта в любые другие водоочистители ресурс (срок службы) и рекомендации по установке, промывки могут отличаться, руководствуйтесь паспортом соответствующего водоочистителя.

При транспортировании, хранении и использовании модулей сохраняйте их от ударов и падений, а также от замерзания в них воды.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию комплекта усовершенствования без отражения их в паспорте.

Срок службы (ресурс)* комплекта: не менее 2 месяцев, но не более 1 года.

Срок службы (ресурс) сменных модулей исчисляется с даты продажи комплекта.

Срок хранения комплекта до начала эксплуатации — не более 3 лет при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе комплекта следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.

Не принимаются претензии к модулям, имеющим внешние повреждения.

* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модулей и/или УФ-лампы.

Комплект не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011. ТУ 28.29.12-067-11139511-2025.

Изготовитель: ООО «Аквафор»,
197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская,
д. 27 лит. А.



Система менеджмента
качества компании-изготовителя
сертифицирована
на соответствие ISO 9001.

Наименование комплекта модулей, дата производства указаны на этикетке со штрих-кодом на коробке комплекта.